SMART Pulser mini

Schnellstartanleitung

In 4 Schritten zur ersten Anwendung

1 Stromversorgung

Das SmartPulser mini System kann betrieben werden:

- mit dem mitgelieferten USB-C-Netzteil
- mit einem beliebigen geeigneten USB-C-Netzteil
- mit einer Powerbank
- über eine geeignete USB-Ladebuchse im Fahrzeug (KFZ)

Nur Stromquellen verwenden, die den technischen Anforderungen entsprechen (Gleichspannung 5,0 V, mind. 3,0 A, 15 Watt).

2 Applikator anschließen

- Stecker des Applikators in die passende Buchse am Steuergerät stecken. Das Logo auf dem Stecker zeigt dabei nach oben.
- Immer nur einen Applikator zeitgleich anschließen.
- Applikatorerkennung erfolgt über die Indikator-LED`s: grün = erkannt, rot = nicht erkannt oder nicht korrekt angeschlossen.

3 Ein- und Ausschalten

- Einschalten: Ein-/Aus-Taste mehrere Sekunden gedrückt halten, bis das Display sich einschaltet!
- Ausschalten: Ein-/Aus-Taste etwa zwei Sekunden gedrückt halten, bis das Display erlischt.
- Nach ca. zwei Minuten ohne Bedienung wechselt das Gerät in den Energiesparmodus; eine beliebige Taste reaktiviert es erneut!

Wichtige Hinweise

- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C.
- Gerät vor Feuchtigkeit schützen; nicht in feuchten Räumen betreiben.

4 Einstellen und starten

- Intensität (Tasten Intensität +/–) und Anwendungsdauer (Tasten Zeit +/–) wählen.
- Mit der Start-/Stop-Taste starten. Weiß leuchtende Indikator-LEDs zeigen den Betrieb an, die Restzeit wird im Display heruntergezählt.
- Die Anwendung endet automatisch; die Start-/Stop-Taste beendet sie jederzeit vorzeitig. Die Option-Taste stellt danach die zuletzt verwendeten Einstellungen wieder her.

Applikator	Intensität	Anwendungsdauer
Lokalapplikator	10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 400	8 / 16 / 24 Min.
Tier-Applikator (S.Pet)	SENS / LOW / MED / HIGH	12 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Beauty-Maske (S.Face)	OFF / 10 / 25 / 50 / 100	8 / 16 / 24 Min.

- S.Pet – Autotimer: Option-Taste drücken (Indikator-LEDs leuchten blau), dann mit Option +/– bis zu vier automatische Anwendungen pro Tag einstellen (Anzahl leuchtender LEDs = Anwendungen pro Tag). Zum deaktivieren Option-Taste erneut drücken (Indikator-LEDs blinken lila).
- S.Face – Maske: Mit der Option-Taste die LED-Farbe wählen, mit Option +/– die LED-Helligkeit anpassen. Für eine Anwendung ohne PEMF die Intensität auf „OFF“ stellen.

Vollständige Bedienungsanleitung

Alle Details, Fehlermeldungen, Reinigung, technische Daten und Sicherheitshinweise finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung. QR-Code scannen oder Adresse aufrufen:

https://smartpulser.com/manuals/

Vor der ersten Anwendung bitte die vollständige Bedienungsanleitung lesen, insbesondere Kapitel 13 „Sicherheitshinweise“.

Super Captain Co. Ltd. · Version 2026/11